

隆胸的風險

隆胸是為美容目的而增加胸部大小的程序。現時的做法是使用連外殼的乳房植入物，但在香港及其他國家，據報導有個案是透過直接注射聚丙烯酰胺水凝膠(下稱 PAAG)及矽凝膠等物質進行隆胸。

鹽水袋或矽袋是普遍使用的乳房植入物，但據報導有個案是使用 PAAG 及矽凝膠等，透過直接注射方式進行隆胸。無論是使用乳房植入物或直接注射物質進行隆胸都存有風險。

與乳房植入物有關的風險包括植入物周圍的部位硬化、胸痛、乳房及乳頭知覺改變、鹽水袋破裂和收縮、出現或沒有出現徵狀的矽袋破裂、矽凝膠從矽袋移位，以及需要進行額外手術以移除有關物質。在一些情況下，物質將無法從乳房完全移除。

與直接注射有關的風險包括出現乳房腫塊、感染、發炎、出血、膿腫、疼痛、皮膚知覺及結構改變、凝膠移位等，嚴重的情況需要接受治療、包括切除整個乳房。此外，據報導曾有人在進行矽注射隆胸之後，出現肺栓塞及急性呼吸窘迫等危害生命的情況。

植入物在國際上被列為醫療儀器，而乳房植入物則被列為第 IV 級(高風險)醫療儀器。現時，美國食物及藥物管理局只批准兩種乳房植入物在美國銷售，分別為充填物質載於外殼內的鹽水袋及矽袋。該管理局並無批准任何注射物質用作隆胸用途。

香港並無有關乳房植入物的法例規定。然而，包括乳房植入物在內的醫療儀器的製造商可根據醫療儀器行政管理制度提出自願表列申請。到目前為止，衛生署未曾接到任何有關隆胸物質的申請。

本港的整形外科醫生認為，透過直接注射進行隆胸是舊式的做法，現時的做法是使用連外殼的乳房植入物。由於直接注射隆胸的安全性成疑，而且據報導曾出現嚴重併發症，衛生署不建議市民採用此方法隆胸。

在香港，所有醫學治療及程序必須由註冊醫生進行。根據香港法例，非法執行西醫業務是可判處監禁的罪行。

任何計劃隆胸的人士，應先向醫護專業人員諮詢意見，而有關程序只可由註冊醫生進行。任何人士如隆胸後出現相關的健康問題，便應立即求醫。

衛生署醫療儀器管制辦公室

二零零七年一月二十六日

隆胸

問題及答案

1. 何謂隆胸?

隆胸是為美容目而增加胸部大小的程序。

2. 乳房植入物與注射物質比較

本港的整形外科醫生認為，透過直接注射方式進行隆胸是舊式的做法，現時的做法是使用連外殼的乳房植入物。

3. 使用隆胸植入物有甚麼風險?

使用乳房植入物的風險包括植入物周圍的部位硬化、胸痛、乳房及乳頭知覺改變、鹽水袋破裂和收縮、出現或沒有出現徵狀的矽袋破裂、矽凝膠從矽袋移位，以及需要進行額外手術以移除有關物質。在一些情況下，物質將無法從乳房完全移除。

4. 注射物質進行隆胸有甚麼風險?

注射物質進行隆胸的風險包括出現乳房腫塊、感染、發炎、出血、膿腫、疼痛、皮膚知覺及結構改變、凝膠移位等，嚴重的情況需要接受治療、包括切除整個乳房。此外，據報導曾有人在進行矽

注射隆胸之後，出現肺栓塞及急性呼吸窘迫等有嚴重生命危險的情況。

5. 有否法例監管隆胸所用的物質？

植入物在國際上被列為醫療儀器，而乳房植入物則被列為第 IV 級 (高風險) 醫療儀器。現時，美國食物及藥物管理局只批准兩種乳房植入物在美國銷售，分別為充填物質載於外殼內的鹽水袋及矽袋。該管理局並無批准任何注射物質用作隆胸用途。

香港現時並無有關乳房植入物的法例規定。然而，包括乳房植入物在內的醫療儀器的製造商可根據醫療儀器行政管理制提出自願表列申請。到目前為止，衛生署未曾接到任何有關隆胸儀器的申請。由於直接注射隆胸的安全性成疑，而且據報導曾出現嚴重併發症，衛生署對此做法有所保留，亦不建議市民採用此方法隆胸。

6. 決定隆胸之前應做甚麼？

市民考慮隆胸之前，應先向註冊醫護專業人員諮詢意見。在香港，所有醫學治療及程序必須由註冊醫生進行。根據香港法例，非法執行西醫業務是可判處監禁的罪行。

7. 那裡可取得更多資料？

如需要更多資料，可瀏覽衛生署轄下醫療儀器管制辦公室的網頁，網址為 <http://www.mdco.gov.hk>；或美國食物及藥物管理局的網頁，網址為 <http://www.fda.gov/cdrh/breastimplants/qa2006.html>。如有任何疑問，請向你的家庭醫生諮詢意見。